

# Indicateurs de force de la gamme BGI

## Série SSS

### Spécifications

Cap. de mesure	250–5000 N
Précision	$\pm 0,15\% + \text{BGI} (\pm 0.1\%)$
Surcharge	150% de la cap. de mesure

Les indicateurs de la série SSS peuvent être montés sur les supports de contrôle TSA/TSAH et TSC/TSCH. Les fixations sont démontables pour permettre de monter les indicateurs à d'autres installations. Les indicateurs peuvent être branchés sans problèmes à d'autres appareils BGI sans calibration et étalonnage.

Les indicateurs sont entièrement compatibles avec possibilité de combinaison avec tous les autres indicateurs BGI.


NIST: Un certificat traçable est fourni avec chaque indicateur.



Modèle	Cap. de mesure x résolution
	N
SSS50	250 x 0.1 N
SSS100	500 x 0.2 N
SSS200	1000 x 0.5 N
SSS500	2500 x 1 N
SSS1000	5000 x 2 N

## Série SBC

Précision:  
 $\pm 0.5\% \text{ FS}$



Modèle	Cap. de mesure x résolution	Ø A	Ø B	C	D
	N				
SBC100	500.00 x 0.2	31.8	7.6	8.4	10.9
SBC200	1000.0 x 0.5				
SBC500	2500 x 1				
SBC1000	5000 x 2				
SBC2000	10'000 x 5				
SBC5000	25.00 x 0.01 kN	38.1	11.4	13.2	15.7
SBC10000	50.00 x 0.02 kN				

### DISA Elektro AG

Kägiswilerstrasse 33, CH-6060 Sarnen, Telefon +41 41 666 70 50, Fax +41 41 666 70 49  
E-Mail info@disa.ch, www.disa.ch. Ein Unternehmen der ELBET Holding AG